


柳州畅航光电科技有限公司

ICP-MS检测报告

日期: 2025.12.16

报告编号: 2025-1216

样品名称	石英砂	温度	26°C	湿度	57%RH
送样单位	珠海市晋德泰新材料有限公司				
检测项目	杂质分析	依据标准	GB/T31854-2015	检测仪器	ICP-MS
单品数量	200克				
分析结果					
序号	检测项目	检测标准	测定值	备注	
1	Al(铝)	GB/T31854-2015	2.13		
2	B(硼)		未检出		
3	Ca(钙)		0.29		
4	Cr(铬)		<0.01		
5	Cu(铜)		<0.01		
6	Fe(铁)		0.16		
7	K(钾)		0.14		
8	Li(锂)		<0.01		
9	Mg(镁)		<0.01		
10	Mn(锰)		未检出		
11	Na(钠)		1.17		
12	Ni(镍)		未检出		
13	P(磷)		未检出		
14	Ti(钛)		<0.01		
15	SiO ₂ (二氧化硅)		99.999611		
声明: 1、检测仪对来样负责, 样品保留至出报告后30天; 2、检测报告部分复印无效; 3、如对报告有异议, 请在收到报告之日起10天内向本单位提出。					



编制: 胡江 审核: 李欣 批准: